

Грузопоршневые калибраторы давления

Лист заказа

Пневматические

PKII или RK

Сопло-шарик, потребность в воздухе КИП

Диапазон: 0.02...2 бар; 0.01...2/4/8/12/20 бар Погрешность: +/-0,015%; +/-0,025% показания

Гидравлические

T, DM

Цилиндр-поршень, ручной насос (масло или вода)

Диапазон: 1...40/70/100 бар Погрешность: +/-0,015%; +/-0,025%; +/-0,05% показания
10...400/700/1000 бар +/-0,015%; +/-0,025%; +/-0,05% показания

Стандартная поставка:

- Калибратор в кейсе
- Набор грузов из нержавеющей стали
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки
- Сертификат калибровки

Модель	Рабочая среда (газ, вода)	Диапазон	Единицы измерения*	Погрешность	g**

Примечания:

*Для пневматических: кПа, бар, кг/см², см H₂O; для гидравлических: кПа, бар, кг/см²

**Местное ускорение свободного падения, м/с² (указать не менее 4 знаков после запятой)

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)

Заполнил:	Должность
Предприятие	Адрес:
Телефон:	Факс:
E-mail:	Дата: